



新規受託項目/検査項目受託中止のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして新規受託開始及び受託を中止した項目のご案内をいたします。

先生方には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

● 新規受託項目

● FDP 定量-尿

【 検査項目コード：14199 】

受託開始日 2025年4月30日（水）受付分より

● 受託中止項目

（総合検査案内2024-2025：75ページ）

● FDP<尿>（線維素分解産物） （尿中フィブリン・フィブリノゲン分解産物）

【 検査項目コード：38357 】

受託中止理由：使用試薬の販売中止のため

最終受託日 2025年4月30日（水）受付分まで

●代替項目

検査項目コード：14199：FDP 定量-尿

裏面に続きます



医療関連サービスマーク
検体検査
（財）医療関連サービス振興会
岐阜県岐阜市 一般社団法人岐阜市医師会臨床検査センター

より正確に！
より迅速に！
地域に密着した検査体制
<https://www.city.gifu.med.or.jp/kensa/>


登録衛生検査所
一般社団法人
岐阜市医師会臨床検査センター
電話 058-255-1040

受託要領(ご参考)

	新規受託項目 / 代替項目	受託中止項目
検査項目コード	14199	38357
検査項目名	FDP定量-尿	FDP-尿
統一コード	2B120-0000-001-062	同左
検体必要量	尿(遠心後上清) 0.5mL	尿 1.0mL(蓄尿不可)
容器	⑦ → S-1	⑦
検体の保存方法	備考欄参照	冷蔵
所要日数	5～9	4～6
検査方法	LPIA法	ラテックス凝集法
基準値	100以下	0.1以下
単位	ng/mL	μg/mL
報告範囲	50以下～99900000	0.1～最終値
報告桁数	整数	小数第1位
検査場所	ビー・エム・エル (エスアールエル)	近畿予防医学研究所 (ビー・エム・エル)
検査実施料/判断料	72点/34点(尿・糞便等検査)	同左
備考	新鮮尿2.0mLをFDP定量-尿用専用容器に注入し、よく混和後3000rpm 5～10分間遠心分離してください。遠心後の上清0.5mLをS-1容器に分注し、ご提出ください。上清(尿)は必ず凍結保存してください。	専用容器(B-12)に新鮮尿1.0mL採取し、容器のままご提出ください。

容器番号 ⑦ (容器が変わりましたが容器番号は継続となります)

【FDP定量-尿用専用容器(代替項目)】



【検査方法の参考文献(代替項目)】

堀内伸純, 他: 臨床検査機器・試薬 14, 267～270, 1991.